


UDC 614.777:543
Z 16



中华人民共和国国家标准

GB 7466~7494—87

水质 分析方法标准

Water quality—Analytical methods

深圳市技术监督情报研究所
馆藏资料



1987-03-14发布

1987-08-0

国家环境保护局发布

水质 总铬的测定

GB 7466—87

Water quality—Determination of total chromium

1 定义

总铬的测定是将三价铬氧化成六价铬后，用二苯碳酰二肼分光光度法测定。当铬含量高时（大于1 mg/L），也可采用硫酸亚铁铵滴定法。

第一篇 高锰酸钾氧化—二苯碳酰二肼分光光度法

2 适用范围

2.1 本标准适用于地表水和工业废水中总铬的测定。

2.2 测定范围

试份体积为50mL，使用光程长为30 mm的比色皿，本方法的最小检出量为0.2 μg 铬，最低检出浓度为0.004 mg/L，使用光程为10mm的比色皿，测定上限浓度为1.0 mg/L。

2.3 干扰

铁含量大于1 mg/L显黄色，六价钼和汞也和显色剂反应，生成有色化合物，但在本方法的显色酸度下，反应不灵敏，钼和汞的浓度达200 mg/L不干扰测定。钒有干扰，其含量高于4 mg/L时即干扰显色。但钒与显色剂反应后10min，可自行褪色。

3 原理

在酸性溶液中，试样的三价铬被高锰酸钾氧化成六价铬。六价铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色化合物，于波长540 nm处进行分光光度测定。

过量的高锰酸钾用亚硝酸钠分解，而过量的亚硝酸钠又被尿素分解。

4 试剂

测定过程中，除非另有说明，均使用符合国家标准或专业标准的分析纯试剂和蒸馏水或同等纯度的水，所有试剂应不含铬。

4.1 丙酮 ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$)。

4.2 硫酸

4.2.1 1 + 1 硫酸溶液。

将硫酸 (H_2SO_4 , $\rho = 1.84\text{ g/ml}$, 优级纯) 缓缓加入到同体积的水中，混匀。

4.3 磷酸：1 + 1 溶液。

将磷酸 (H_3PO_4 , $\rho = 1.69\text{ g/ml}$) 与水等体积混合。

4.4 硝酸 (HNO_3 , $\rho = 1.42\text{ g/ml}$)。

4.5 氯仿 (CHCl_3)。

4.6 高锰酸钾：40g/L 溶液。

称取高锰酸钾 (KMnO_4) 4 g，在加热和搅拌下溶于水，最后稀释至100 mL。

4.7 尿素：200g/L 溶液。

称取尿素 [(NH₂)₂CO] 20g, 溶于水并稀释至 100ml。

4.8 亚硝酸钠: 20g/L 溶液。

称取亚硝酸钠 (NaNO₂) 2 g, 溶于水并稀释至 100ml。

4.9 氢氧化铵: 1 + 1 溶液。

氨水 (NH₃·H₂O, $\rho = 0.90\text{g/ml}$) 与等体积水混合。

4.10 铜铁试剂: 50g/L 溶液。

称取铜铁试剂 [C₆H₅N(NO)ONH₄] 5 g, 溶于冰水中并稀释至 100ml, 临用时新配。

4.11 铬标准贮备溶液: 0.1000g/L。

称取于 110℃ 干燥 2 h 的重铬酸钾 (K₂Cr₂O₇, 优级纯) 0.2829 ± 0.0001g, 用水溶解后, 移入 1000 ml 容量瓶中, 用水稀释至标线, 摆匀。此溶液 1 ml 含 0.10mg 铬。

4.12 铬标准溶液: 1 mg/L。

吸取 5.00 ml 铬标准贮备液 (4.11) 置于 500 ml 容量瓶中, 用水稀释至标线, 摆匀。此溶液 1 ml 含 1.00μg 铬。使用当天配制。

4.13 铬标准溶液: 5.00 mg/L。

吸取 25.00 ml 铬标准贮备液 (4.11), 置于 500 ml 容量瓶中, 用水稀释至标线, 摆匀。此溶液 1 ml 含 5.00μg 铬。使用当天配制。

4.14 显色剂: 二苯碳酰二肼, 2 g/L 丙酮溶液。

称取二苯碳酰二肼 (C₁₃H₁₄N₄O) 0.2g, 溶于 50ml 丙酮 (4.1) 中, 加水稀释至 100ml, 摆匀。贮于棕色瓶, 置冰箱中。色变深后, 不能使用。

5 仪器

一般实验室仪器和:

5.1 分光光度计。

注: 所有玻璃器皿内壁须光洁, 以免吸附铬离子。不得用重铬酸钾洗液洗涤, 可用硝酸、硫酸混合液或合成洗涤剂洗涤, 洗涤后要冲洗干净。

6 采样与样品

实验室样品应该用玻璃瓶采集。采集时, 加入硝酸调节样品 pH 值小于 2。在采集后尽快测定, 如放置, 不得超过 24h。

7 步骤

7.1 样品的预处理

7.1.1 一般清洁地面水可直接用高锰酸钾氧化后测定。

7.1.2 硝酸 - 硫酸消解: 样品中含有大量的有机物需进行消解处理。

取 50.0ml 或适量样品 (含铬少于 50μg), 置 100ml 烧杯中, 加入 5 ml 硝酸 (4.4) 和 3 ml 硫酸 (4.2), 蒸发至冒白烟, 如溶液仍有色, 再加入 5 ml 硝酸 (4.4), 重复上述操作, 至溶液清澈, 冷却。

用水稀释至 10ml, 用氢氧化铵溶液 (4.9) 中和至 pH 为 1 ~ 2, 移入 50 ml 容量瓶中, 用水稀释至标线, 摆匀, 供测定。

7.1.3 铜铁试剂 - 氯仿萃取除去铅、钒、铁、铜。

取 50.0ml 或适量样品 (铬含量少于 50μg), 置 100ml 分液漏斗中, 用氢氧化铵溶液 (4.9) 调至中性 (加水至 50ml)。加入 3 ml 硫酸溶液 (4.2.1)。

用冰水冷却后, 加入 5 ml 铜铁试剂 (4.10) 后振摇 1 min, 置冰水中冷却 2 min。每次用 5 ml 氯仿 (4.5) 共萃取三次, 弃去氯仿层。

将水层移入锥形瓶中，用少量水洗涤分液漏斗，洗涤水亦并入锥形瓶中。加热煮沸，使水层中氯仿挥发后，按7.1.2和7.2处理。

7.2 高锰酸钾氧化三价铬

7.2.1 取50.0ml或适量(铬含量少于50 μg)样品或经7.1.2、7.1.3处理的试样,置于150ml锥形瓶中,用氢氧化铵溶液(4.9)或硫酸溶液(4.2.1)调至中性,加入几粒玻璃珠,加入0.5ml硫酸溶液(4.2.1)、0.5ml磷酸溶液(4.3)(加水至50ml),摇匀,加2滴高锰酸钾溶液(4.6),如紫红色消褪,则应添加高锰酸钾溶液保持紫红色。加热煮沸至溶液体积约剩20ml。

取下冷却，加入 1 ml 尿素溶液（4.7），摇匀。用滴管滴加亚硝酸钠溶液（4.8），每加一滴充分摇匀，至高锰酸钾的紫红色刚好褪去。稍停片刻，待溶液内气泡逸出，转移至 50 ml 比色管中。

注：① 也可用叠氮化钠还原过量的高锰酸钾。即在氧化步骤完成后取下，趁热逐滴加入浓度为 2 g/L 的叠氮化钠溶液，每加一滴立即摇匀，煮沸，重复数次，至紫红色完全褪去，继续煮沸 1 min。

警告：叠氮化钠是易爆危险品

② 如样品中含有少量铁 (Fe^{3+}) 干扰测定, 可将 7.2.1 中加入 0.5 ml 硫酸 (4.2.1)、0.5 ml 磷酸溶液 (4.3) 改为加入 1.5 ml 磷酸溶液 (4.3)。

7.3 测定

取50m l或适量(含铬量少于50 μ g)经7.2步骤处理的试份置50m l比色管中,用水稀释至刻线,加入2m l显色剂(4.14),摇匀。10min后,在540nm波长下,用10或30mm光程的比色皿,以水做参比,测定吸光度。减去空白试验吸光度,从校准曲线(7.5)上查得铬的含量。

7.4 空白试验

按与试样完全相同的处理步骤进行空白试验，仅用50mL水代替试样。

7.5 校准

向一系列150mL锥形瓶中分别加入0、0.20、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.00mL铬标准溶液(4.12或4.13)，用水稀释至50mL。然后按照测定试样的步骤(7.1、7.2、7.3)进行处理。

从测得的吸光度减去空白试验的吸光度后，绘制以金铬量对吸光度的曲线

3 结果的表示

8.1 计算方法

总铬含量 c_1 (mg/L) 按式 (1) 计算:

式中: m —从校准曲线上查得的试份中含铬量, μg ;

V —试份的体积, ml.

铬含量低于 0.1 mg/L ，结果以三位小数表示。六价铬含量高于 0.1 mg/L ，结果以三位有效数字表示。

8.2 精密度和准确度

七个实验室测定含铬 0.080 mg/L 的统一分发标准溶液 按7.2步骤测定时结果如下

8.2.1 重复性

实验室室内相对标准偏差为 1.1%

8.2.2 再理性

实验室间总相对标准偏差为 1.4% 。

8.2.3 准确度

相对误差为 -0.75%.

11.12 苯基代邻氨基苯甲酸指示剂。

称取苯基代邻氨基苯甲酸 (phenylalanilic acid) 0.27g 溶于 5 ml 碳酸钠溶液 (11.9) 中，用水稀释至 250 ml。

12 步骤

12.1 测定

吸取适量样品于150mL烧杯中，按7.1.2步骤消解后转移至500mL锥形瓶中（如果样品清澈、无色，可直接取适量样品于500mL锥形瓶中）。用氢氧化铵溶液（11.10）中和至溶液pH为1~2。加入20mL硫酸-磷酸混合液（11.3）、1~3滴硝酸银溶液（11.8）、0.5mL硫酸锰溶液（11.7）、25mL过硫酸铵溶液（11.4），摇匀，加入几粒玻璃珠。加热至出现高锰酸盐的紫红色，煮沸10min。

取下稍冷，加入 5 ml 氯化钠溶液（11.11），加热微沸 10~15 min，除尽氯气。取下迅速冷却，用水洗涤瓶壁并稀释至 220 ml 左右。加入 3 滴苯基代邻氨基苯甲酸指示剂（11.12），用硫酸亚铁铵溶液（11.6）滴定至溶液由红色突变为绿色即为终点，记下用量 V_1 。

注：① 应注意掌握加热煮沸时间，若加热煮沸时间不够，过量的过硫酸铵及氯气未除尽，会使结果偏高；若煮沸时间太长，溶液体积小，酸度高，可能使六价铬还原为三价铬，使结果偏低。

② 苯基代邻氨基苯甲酸指示剂，在测定样品和空白试验时加入量要保持一致。

12.2 空白试验

按12.1步骤进行空白试验，仅用和样品体积相同的水代替样品。

13 结果表示

13.1 计算方法

总铬含量 c_2 (mg/L) 按式 (3) 计算:

式中： V_1 —滴定样品时，硫酸亚铁铵溶液(11.6)用量，ml；

V_0 —空白试验时，硫酸亚铁铵溶液(11.6)用量，ml。

T — 硫酸亚铁铵溶液 (11.6) 对铬的滴定度, mg/ml;

V — 样品的体积, ml。

附加说明：

本标准由国家环境保护局规划标准处提出。

本标准由北京市环保监测中心负责起草。

本标准主要起草人尚邦懿。

本标准由中国环境监测总站负责解释。

中华人民共和国

国家标 准

水质 分析方法标准

GB 7466~7494—87

*
中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*
开本 880×1230 1/16 印张 9³/4 字数 290 000

1987年11月第一版 1987年11月第一次印刷
印数 1—23 500

*
书号：15169·1~5279 定价 3.30 元

*
标 目 74—19